

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全巡查**

**检查时间：2024年04月30日**

**检查范围：理学院实验室**

**检查人员：朱海 杨德岭**

## 理学院：

04月30日，由实验安全督察员朱海、杨德岭对学院的实验室进行了抽查，在现场检查中发现：问题一特种设备与常规加热设备安全：1、所有实验室高温设备及特种设备均无警示标识，烘箱周围堆放易燃物；问题二化学安全：2、药品柜无药品清单，个别药品无标签；化学药品未按配伍禁忌储存（固液混放），化学药品未按规定存储于专用药品柜中，大量药品摆放在实验台及地上（包括强碱氢氧化钠及易燃液体环己烷、无水乙醇等）。3、自制试剂无标签。问题三气瓶安全：4、气瓶无气瓶架固定。问题四用电安全：5、插排未有效固定。

临近五一小长假，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，进行一次彻底细致地安全检查，确保实验室安全稳定运行。在现场检查中发现存在以下具体问题，见表1。

**表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题**

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2024年04月30日	锦绣楼120	1、药品柜无药品清单，个别药品无标签；化学药品未按配伍禁忌储存（固液混放），大量药品摆放在实验台上及地上（包括强碱氢氧化钠及易燃液体环己烷、无水乙醇等）； 2、高温烘箱周围堆放易燃物。
2024年04月30日	锦绣楼103	1、药品柜无药品清单，化学药品未按配伍禁忌储存（固液混放）； 2、马弗炉、烘箱等加热设备没有警示标识及操作规程。
2024年04月30日	锦绣楼416	1、特种设备无警示标识； 2、自制试剂无标签； 3、实验室内实验区与学习区未进行区分，学生在实验室存放与实验无关的物品，有饮食行为。如短时间在实验室内查阅资料，不能有饮食等生活行为。
2024年04月30日	锦绣楼414	1、化学药品（强腐蚀性药品氢氧化钠）未按规定存储于专用药品柜中，随意堆放在实验台上及纸箱里； 2、高纯氮气瓶无气瓶架固定； 3、箱式电炉等加热设备无警示标识。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写安全检查整改报告，整改报告经实验室负责人签字后交学院，学院盖章后于**5月7日**前统一交到实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。实验室安全检查整改报告格式见附件。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年04月30日

附件

## XX学院XX实验室安全检查整改报告（格式）

我实验室接到学院关于实验室管理与条件保障处《实验室安全检查通报》中有关问题的整改工作通知后，组织开展了实验室安全自查，针对《通报》中发现问题进行了研究讨论，布置落实了整改方案，经实验室人员共同努力，现已全部完成整改工作，具体情况汇报如下：

<b>《实验室安全检查通报》中的问题记录</b>		
检查时间	实验室房间号	安全检查问题记录
<b>实验室问题整改记录</b>		
1. 存在问题描述（包括所有被记录的问题，逐一描述）		
3. 整改措施与结果（包括所有被记录的问题，逐一列举）		
4. 证明材料（包括所有被记录的问题，逐一列举）	照片可作为附件。	
注：证明材料请写明材料名称，立即整改项目应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等；非立即整改项目应附学院正式的整改计划、措施等文件。证明材料可作为附件提供。		

实验室房间号：

整改报告撰稿人签字：

学院负责人签字：

学院（盖章）：

年 月 日


锦绣楼120:



锦绣楼103:



锦绣楼416:



锦绣楼414:

