

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全专项检查

检查时间：2023年04月18日

检查范围：林学院教学、科研实验室

检查人员：王玉龙、马洪斌、刘莉、郭敏、李凯、校级督察员：张彦华、李加民

林学院：

04月18日，由实验室管理处处长王玉龙、副处长刘莉及相关人员对学院的教学科研实验室进行了检查，在现场检查中发现存在以下具体问题，见表1。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2023年04月18日	主西713	1. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施； 2. 易制毒化学品动态台账记录混乱。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况； 3. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西603	1. 易制爆化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，易制爆化学品应专柜储存并有防盗措施； 2. 易制毒、易制爆化学品无标签（10瓶丙酮无试剂标签）。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西604	1. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施；

		2. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西605	药品清单未及时更新。
2023年04月18日	主西606	1. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施； 2. 易制毒化学品动态台账记录混乱。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况； 3. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西507	1. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品； 2. 未见危化品动态台账。
2023年04月18日	主西504	1. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施； 2. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西501	易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西511	易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西513	1. 发现氯化汞，请学院立即转运处置； 2. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西415	1. 药品清单未及时更新； 2. 易制毒化学品动态台账记录混乱。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。
2023年04月18日	主西409	易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西403	易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西401	易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西415	易制毒化学品动态台账记录混乱。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。
2023年04月18日	主西419	1. 易制毒化学品动态台账记录混乱。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况；

		2. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主404	1. 易制毒化学品动态台账记录混乱。学校发放的易制毒(易制爆)危化品台账专本专用, 购入时记录日期、经手人、存量; 使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。
2023年04月18日	主408	1. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主422	1. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求, 易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施; 2. 易制毒化学品动态台账记录混乱。学校发放的易制毒(易制爆)危化品台账专本专用, 购入时记录日期、经手人、存量; 使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况; 3. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品。
2023年04月18日	主西301-2	1. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求, 易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施; 2. 未见化学品动态台账。学校发放的易制毒(易制爆)危化品台账专本专用, 购入时记录日期、经手人、存量; 使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。
2023年04月18日	主西318	1. 化学品清单与实际不符, 易制爆化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求, 应专柜储存并有防盗措施。
2023年04月18日	主312	1. 不具备管制类化学品储存条件, 将管制类化学品转入暂存室。
2023年04月18日	主西201	1. 耐腐蚀化学品柜储存实验备品, 建议学院调配使用; 2. 易制爆化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求, 应专柜储存并有防盗措施。
2023年04月18日	主西203	1. 化学品目录与实际不符, 更新不及时; 2. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求, 易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施; 3. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品; 4. 未见化学品动态台账。学校发放的易制毒(易制爆)危化品台账专本专用, 购入时记录日期、经手人、存量; 使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。
2023年04月18日	主西211	1. 化学品目录与实际不符, 更新不及时; 2. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求, 易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施。

		<p>3. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品；</p> <p>4. 未见化学品动态台账。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。</p>
2023年04月18日	主207	<p>1. 易制毒化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施；</p> <p>2. 未见化学品动态台账。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。</p>
2023年04月18日	主209	<p>1. 易制毒化学品无标签。严禁未经法定程序及安全许可私自购买管制类化学品；</p> <p>2. 未见化学品动态台账。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。</p>
2023年04月18日	主西103	<p>1. 发现氯化汞，请立即转运处置；</p> <p>2. 实验室设备运行无人值守；</p> <p>3. 环境卫生差。</p>
2023年04月18日	主西112	<p>1. 过期化学品堆积。</p>
2023年04月18日	主西116	<p>1. 易制毒化学品（甲苯）未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施；</p> <p>2. 插排在地面，存在安全隐患。</p>
2023年04月18日	主西118	<p>1. 发现4瓶氯化汞，请立即转运处置；</p> <p>2. 化学品目录与实际不符，更新不及时；</p> <p>3. 管制类化学品（易制毒、易制爆）化学品未落实专柜存放。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，应专柜储存并有防盗措施；</p> <p>4. 未见化学品动态台账。学校发放的易制毒（易制爆）危化品台账专本专用，购入时记录日期、经手人、存量；使用时记录日期、领用人、使用量、存量。动态台账只记录易制毒化学品原液的使用情况。</p>

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写安全检查整改报告，整改报告经实验室负责人签字后交学院，学院盖章后于**04月26日**前统一交到实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。实验室安全检查整改报告格式见附件。

办公地点：行政楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2023年04月23日

表二 危化品储存办法

危化品名称	储存要求
醋酸	不能与铬酸、硝酸、羟基化合物、乙二醇、高氯酸、过氧化物以及高锰酸盐共存。
硫酸	库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，储存于阴凉通风处，要求密封，应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切记混储
磷酸	储存于阴凉通风处，远离火种热源，要求密封，应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切记混储

盐酸	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物等分开存放，切记混储
硝酸	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，要求密封，应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切记混储
硼酸	储存于阴凉通风处，远离火种热源，应与碱类、钾分开存放，切记混储
铬酸	不能与醋酸、萘、樟脑、甘油、松节油和其他易燃液体共存。
氢氟酸	储存于阴凉通风处，远离火种热源，要求密封，应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品等分开存放，切记混储
高氯酸	储存于阴凉通风处，远离火种热源，不能与醋酐、铋及其合金、酒精、纸、木材和其他有机材料共存。
乙酸	冻季应保持库温高于16℃，储存于阴凉通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂、碱类等分开存放，切记混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具
丙酮	库温不宜超过26° C，不能与浓硫酸和浓硝酸的混合物共存。
次氯酸钠溶液	储存于阴凉通风处，远离火种热源，应与碱类分开存放，切记混储
乙炔	不能与铜、卤素、银、汞及其化合物共存。
乙醇	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切记混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具
乙腈	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易（可）燃物、食用化学品等分开存放，切记混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具
乙醚	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，要求密封，不可与空气接触，应与氧化剂等分开存放，切记混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具
乙酸酐	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、活性金属粉末、醇类等分开存放，切记混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具

乙酸乙酯	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切记混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具
碱金属	不能与水、二氧化碳、四氯化碳和其他氯化烃共存。
无水氨	不能与汞、卤素、次氯酸钙和氟化氢共存。
石油醚	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂、活性金属粉末等分开存放，切记混储
苯胺	不能与硝酸和过氧化氢共存。
过氧化钠	不能与任何可氧化的物质共存，例如甲醇、冰醋酸、醋酐、苯甲醛、二硫化碳、甘油、乙酸乙酯和 α -肤喃甲醛等。
溴	不能与氨、乙炔、丁二烯、丁烷、氢、碳化钠、松节油以及金属细粉末共存。
活性炭	不能与次氯酸钙和所有氧化剂共存。
氯酸盐	不能与铵盐、酸、金属粉末、硫以及细碎的有机物或易燃性化合物共存。
氯	不能与氨、乙炔、丁二烯、苯和其他石油馏分、氢、碳化钠、松节油以及金属细粉末共存。
二氧化氯	不能与氨、甲烷、磷化氢和硫化氢共存。
铜	不能与乙炔、叠氮化物和过氧化氢共存。
氰化物	不能与酸共存。
五氧化二磷	不能与水共存。
高锰酸钾	储存于阴凉通风处，远离火种热源，不能与甘油、乙二醇、苯甲醛和硫酸共存。
银	不能与乙炔、乙二酸、酒石酸和铵类化合物共存。
钠	不能与四氯化碳、二氧化碳和水共存。
镁粉	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂、酸类、卤素、氯代烃等分开存放，切记混储
锌粉	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂、酸类、碱类、胺类、氯代烃等分开存放，切记混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具
二氯甲烷	库温不宜超过30° C，相对湿度不超过80%，储存于阴凉通风处，远离火种热源，要求密封，应与碱金属、食用化学品等分开存放，切记混储
三氯甲烷	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，切勿受潮，应与碱类、铝、食用化学品等分开存放，切记混储
甲苯	库温不宜超过30° C，储存于阴凉通风处，远离火种热源，要求密封，应与易（可）燃物、氧化剂等分开存放，切忌混储

过氧化氢	库温不宜超过30° C。储存于阴凉通风处，远离火种热源，要求密封，应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切记混放
氢氧化钠	库内湿度不大于85%，储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，切勿受潮，应与酸类、易燃物等分开存放，切记混储
氢氧化钾	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，切勿受潮，应与酸类、易（可）燃物等分开存放，切记混储
乙酸乙酯	库温不宜超过30° C。低温存放的化学品
环己烷	储存于阴凉通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂分开存放，切记混储
六亚甲基四胺	储存于阴凉通风处，要求密封，应与氧化剂、酸类分开存放，切记混储
硝酸钙	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，应与还原剂、酸类等分开存放，切记混储
硝酸铵	不能与酸、金属粉末、易燃液体、氯酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐以及易燃性化合物共存。
硝酸钾	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，应与还原剂、酸类、易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切记混储
硝酸镁	储存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源，要求密封，切勿受潮，应与还原剂、易（可）燃物等分开存放，切记混储
硝酸钠	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，切勿受潮，应与还原剂、易（可）燃物、酸类、活性金属粉末等分开存放，切记混储
正己烷	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，要求密封，应与氧化剂分开存放，切记混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具
重铬酸钾	储存于阴凉、通风处，远离火种热源，要求密封，应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切记混储
叠氮化钠	不能与铅、铜和其他金属共存。这种化合物通常用作防腐剂的，但能够与金属形成不稳定的易爆炸性化合物。如果沉积在洗涤槽下面，那么在水管工人作业时，遇到金属圈和金属管就可能引起爆炸。

附件

XX学院XX实验室安全检查整改报告（格式）


我实验室接到学院关于实验室管理与条件保障处《实验室安全检查通报》中有关问题的整改工作通知后，组织开展了实验室安全自查，针对《通报》中发现的问题进行了研究讨论，布置落实了整改方案，经实验室人员共同努力，现已全部完成整改工作，具体情况汇报如下：

《实验室安全检查通报》中的问题记录		
检查时间	实验室房间号	安全检查问题记录
实验室问题整改记录		
1. 存在问题描述（包括所有被记录的问题，逐一描述）		
3. 整改措施与结果（包括所有被记录的问题，逐一列举）		
4. 证明材料（包括所有被记录的问题，逐一列举）	照片可作为附件。	
注：证明材料请写明材料名称，立即整改项目应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等；非立即整改项目应附学院正式的整改计划、措施等文件。证明材料可作为附件提供。		


实验室房间号：
整改报告撰稿人签字：
学院负责人签字：
学院（盖章）：
年 月 日



主西713



主西603



主西604



主西605




主西501



主西511



主西513



主西415



主西409



主西403



主西401



主西415



主西419



主404



主408



主422



主西318



主西211



主西103



主西118-124