

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年05月30日

检查范围：机电学院教学科研实验室

检查人员：马洪斌、郭敏、刘正

机电学院：

5月30日，实验室管理处副处长马洪斌及相关人员对机电学院的教学科研实验室进行安全检查，实验室整体环境亟需加强管理，现场检查中发现，实验室在日常管理、化学品存储与使用、实验室基础用电等方面存在安全隐患，现提出整改建议，请学院关注实验室整改情况，具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年05月30日	成栋楼B106	1、实验室有饮食行为，实验台上存放食物； 2、实验室使用与实验无关的便携式可加热设备，存在消防安全隐患。
2025年05月30日	成栋楼B105	1、烘箱使用接线板供电。（烘箱功率大、电流大，使用接线板易造成接线板过载，导致火灾事故）。
2025年05月30日	成栋楼209	1、实验室使用超期服役冰箱。
2025年05月30日	成栋楼211前	1、废弃的空气瓶未及时处置。
2025年05月30日	成栋楼211后	1、化学品管理不规范，药品清单与存储药品不符； 2、管制类化学品使用台账记录不规范，未及时更新。

请学院督促实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于06月06日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。


办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年05月30日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
成栋楼B106	
成栋楼B105	
成栋楼209	
成栋楼211前	
成栋楼211后	