

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全专项检查**

**检查时间：2021年3月29日、3月30日**

**检查范围：化资学院教学、科研实验室**

**检查人员：实验室管理处、校级实验室安全督查组、保卫处、教务处**

## 化资学院：

我处于3月29日、3月30日开展了实验室安全专项检查。检查中发现18个问题，具体问题见表1。

**表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题**

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2021年3月30日	生态实验室601	环境卫生差、电器电源不规范 冰箱堆积摆放
2021年3月30日	生态实验室602	环境卫生差
2021年3月30日	组织培养室425	11瓶化学试剂无标签
2021年3月30日	RNA实验室422	房间拥挤、杂物多
2021年3月30日	植物活性成分 分离室318	物品摆放混乱、未见药品使用台账
2021年3月30日	体外活体检测 室219	仪器放在冰箱内做实验（磁力搅拌器）熊彬
2021年3月30日	原子力显微镜 室119	药品柜无药品清单、无使用台账、无通风

2021年3月30日	生物营养物质制备室118	实验室有电暖气、三氯甲烷未按规定管理（甲苯）、丙酮
2021年3月30日	水溶性生物分子分析室122	环境卫生差、物品摆放乱
2021年3月30日	中试车间	气瓶未固定
2021年3月29日	专业化学实验室801	学生未穿实验服、头发披散 药品柜未上锁、无使用台账
2021年3月29日	专业化学实验室805	药品柜无药品使用台账
2021年3月29日	专业化学实验室603	药品柜隔板弯曲
2021年3月29日	专业化学实验室503	摆放乱、东西乱、取暖器摆放在实验室药品柜上存在安全隐患
2021年3月29日	专业化学实验室506	物品摆放混乱、自制试剂无标签
2021年3月29日	专业化学实验室322	药品柜未上锁、药品堆放、无使用台账 学生披散头发、通风橱下柜有酒精灯
2021年3月29日	专业化学实验室026	实验室无人开门、实验室内有食物 乙酸乙酯易燃化学药品放在实验台
2021年3月29日	专业化学实验室031	地下实验室、室内多个高温设备 气瓶多达9个、环境卫生差

请学院敦促和督促相关实验室针对通报的问题进行整改,所有被点名的实验室必须开展问题整改,并撰写安全检查整改报告,整改报告经实验室负责人签字后交学院,学院盖章后于**4月10日**前统一交到实验室管理与条件保障处备案。实验室安全检查整改报告格式见附件。

办公地点: 综合办公楼 604

办公电话: 82190075

实验室管理与条件保障处

2021年4月6日

附件

XX学院XX实验室安全检查整改报告（格式）

我实验室接到学院关于实验室管理与条件保障处《实验室安全检查通报》中有关问题的整改工作通知后，组织开展了实验室安全自查，针对《通报》中发现的问题进行了研究讨论，布置落实了整改方案，经实验室人员共同努力，现已全部完成整改工作，具体情况汇报如下：

<b>《实验室安全检查通报》中的问题记录</b>		
检查时间	实验室房间号	安全检查问题记录
<b>实验室问题整改记录</b>		
1. 存在问题描述（包括所有被记录的问题，逐一描述）		
2. 原因分析（包括所有被记录的问题，逐一分析）		
3. 整改措施与结果（包括所有被记录的问题，逐一列举）		
4. 证明材料（包括所有被记录的问题，逐一列举）		
注：证明材料请写明材料名称，立即整改项目应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等；非立即整改项目应附学院正式的整改计划、措施等文件。证明材料可作为附件提供。		

实验室房间号：  
整改报告撰稿人签字：  
实验室负责人签字：  
学院（盖章）：  
年 月 日