

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全专项检查**

**检查时间：2023年01月12日**

**检查范围：化资学院实验室**

**检查人员：刘莉、郭敏、李凯**

## 化资学院：

1月12日，实验室管理处对学院的理化楼、逸夫楼实验室进行了检查，在现场检查中发现假期停止工作的实验室未按要求张贴封条；个别开展工作的实验室物品摆放混乱；未使用的设备仍连接电源；管制类危化品柜未上锁等违规现象，春节假期将至，请学院在关闭实验室前对实验室进行一次全面、细致地安全检查，彻底打扫清理实验室，并确保无安全隐患后张贴封条。请重点关注以下几点：

1. 所有不使用的设备要断电，特别是压力容器和特种设备保存于安全地点，不要放在公共区域；气瓶（钢瓶）务必妥善放入气瓶柜或采取固定措施固定，务必确保总阀被关闭，以防气体泄漏事故发生。

2. 易制毒、易制爆、易燃（如乙醇、石油醚、乙醚）等危险化学品，必须按要求存放在药品柜中，并双锁。

3. 实验废弃物（尤其是废液）要按规定贴好标签置于安全区域，不得将有害废弃物混入生活垃圾。

实验室管理与条件保障处

2023年01月13日



113内食品冷藏室



106



104



101-2