

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室暑期夜间安全专项检查**

**检查时间：2021年7月29日**

**检查范围：科技楼**

**检查人员：实验室管理处**

## 材料学院：

7月29日晚，实验室管理处对科技楼实验室进行暑期夜间实验室安全检查，检查中发现个别实验室存在以下现象：（1）实验室药品柜管制类药品与普通药品混放，并未按照规定上锁；（2）进行化学类、生物类、机械类等可能存在较高安全风险的实验（如高温、高压、高速运转、有毒化学物、传染源等）时，须有两名或两名以上实验人员在场，但实验室内仅有一人开展实验工作；（3）实验室内高温设备（干燥箱、培养箱，水浴锅等）高温运行，无人监管；（4）学生未配备相关防护器具（如实验服，防护手套，护目镜等）开展实验工作。具体问题见表1。

**表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题**

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2021年7月29日	科技楼705	实验室地面一箱管制类药品（丙酮）未按照要求管理 高温设备运行无人监管
2021年7月29日	科技楼709	恒温加热磁力搅拌器80℃运行，无人监管
2021年7月29日	科技楼708	水浴锅88℃运行，无人监管
2021年7月29日	科技楼717	恒温加热磁力搅拌器80℃运行，无人监管 鼓风干燥箱129℃运行，无人监管 干燥箱60℃运行，无人监管
2021年7月29日	科技楼512	恒温加热磁力搅拌器50℃运行，无人监管 干燥箱98℃运行，无人监管

实验室管理与条件保障处

2021年7月29日



512



705



708



709

