

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全检查**

**检查时间：2025年9月29日**

**检查范围：材料学院教学科研实验室**

**检查人员：马洪斌、郭敏、李凯、刘正**

材料学院：

9月29日，实验室管理处副处长马洪斌及相关人员对材料学院教学科研实验室开展安全检查，检查中发现学院在用电安全方面存在较为突出的安全隐患。临近国庆、中秋假期，请学院高度重视实验室安全管理工作，进一步强化安全管理举措，加大安全检查与督查整改力度，对发现的隐患及时整改消除，切实保障实验室安全稳定运行。具体问题如下。

## 实验室存在的问题

| 检查日期       | 实验室房间号  | 检查问题记录  |
|------------|---------|---|
| 2025年9月29日 | 工程楼1103 | 1、危化品储存不规范，个别药品存在倒放情况，存在安全隐患；<br>2、实验冰箱使用不规范，使用非防爆冰箱储存试剂，存在安全隐患；<br>3、实验室气路未使用，处于长期闲置状态，造成资源浪费。 |
| 2025年9月29日 | 工程楼1104 | 1、电吹风使用后未及时断电，存在消防安全隐患。   |
| 2025年9月29日 | 工程楼1106 | 1、实验室使用非标插排为仪器设备供电，存在消防安全隐患；<br>2、未按管理要求，私自改装插头为设备供电（通风橱）；<br>3、实验冰箱使用不规范，使用非防爆冰箱储存试剂，存在安全隐患。   |
| 2025年9月29日 | 工程楼1006 | 1、电线裸露，存在消防安全隐患；  |
| 2025年9月29日 | 工程楼1010 | 1、多台烘箱使用同一接线板供电（烘箱功率大、电流大，使用接线板易造成接线板过载，导致火灾事故）。  |
| 2025年9月29日 | 工程楼1017 | 1、易制毒、易制爆药品存储于同一试剂柜中，未专柜存储；<br>2、实验区与学习区未进行区分，学生将实验用针头等实验物品放在桌面，存在针头刺伤等安全隐患。                    |

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于9月30日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。







办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年9月29日

## 实验室安全隐患图

| 实验室名称   | 隐患图  |
|---------|--|
| 工程楼1103 |    |
| 工程楼1104 |     |
| 工程楼1106 |   |
| 工程楼1006 |   |
| 工程楼1010 |  |
| 工程楼1017 |   |

