

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全检查**

**检查时间：2024年9月11日**

**检查范围：动保学院教学、科研实验室**

**检查人员：校级实验室安全督查员**

动保学院：

9月11日，由校级实验室安全督查员对动保学院的教学、科研实验室进行了安全检查，检查人员指出学院实验室在化学品管理、用电基础管理、危险源辨识管理等方面存在安全隐患，并提出了整改建议，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，按照整改建议完成整改任务，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

## 实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年9月11日	动保教学楼420	1、通风橱柜体腐蚀严重，存在安全隐患。
2024年9月11日	动保教学楼4楼走廊 (421旁)	1、电闸箱上锁。
2024年9月11日	动保教学楼520	1、废液桶，无废液回收区安全警示标识。
2024年9月11日	动保教学楼5楼走廊	1、电闸控制点位不明确。
2024年9月11日	动保教学楼004	1、电泳区无警示标识； 2、易制爆化学品（30%过氧化氢）未按规定存放于专用试剂柜中； 3、废液桶无标签没有标明废液成分； 4、电源接线板未进行有效固定； 5、自制试剂无标签。

2024年9月11日	动保教学楼122	1、插排未规范固定； 2、电泳区无警示标识； 3、烘箱周围堆放纸箱等易燃物品。
------------	----------	---

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于**9月20日**前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年9月14日

## 实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
420	
4楼走廊（421门旁）	
520	
5楼走廊	
004	

