

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2024年10月24日

检查范围：动保学院教学科研实验室

检查人员：王玉龙、刘莉、郭敏、李凯、韩世岩、李加民

动保学院：

10月24日，实验室管理处处长王玉龙、副处长刘莉及相关人员对动保学院的教学科研实验室进行安全检查，检查人员在现场检查中发现实验室工作档案不健全；学院实验室内烘箱、高压灭菌锅等仪器设备缺少操作规程存在安全隐患，并提出了整改建议，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，按照检查组意见完成整改任务，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年10月24日	动保学院	实验室工作档案需补充2024年度，实验室安全手册；重要危险源安全管理台账；实验室安全检查与整改记录；安全教育；实验项目风险评估；实验事故与应急处置演练等相关佐证材料。
2024年10月24日	动保楼112	1、高压灭菌锅无操作规程。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于11月1日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝

隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年10月28日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
动保楼112	

