

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年4月27日

检查范围：动保学院教学科研实验室

检查人员：郭敏、李凯、刘正

动保学院：

4月27日，实验室管理处对动保学院的教学科研实验室进行安全检查，实验室环境有明显改善，但个别实验室在环境卫生和日常管理、仪器设备管理、化学品管理、实验气体管理、快捷加热设备管理、废弃物管理等方面仍存在安全隐患，请学院加大实验室安全检查督查力度，除加强实验室安全管理外，请关注楼宇施工期间的安全管理和巡查，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年4月27日	动保楼610	1、实验室卫生环境差，物品堆积在实验台、地面； 2、实验台摆放矿泉水，存在饮水行为； 3、实验室内存放大量纸箱，存在消防安全隐患； 4、实验室药品柜管理不规范，无药品清单，药品存量较大（应定期清理过期药品，避免药品累积超量存储）； 5、烘箱上摆放杂物。
2025年4月27日	动保楼6楼走廊	1、冰箱摆放于楼梯间，阻碍消防通道畅通。
2025年4月27日	动保楼420	1、电阻炉遮挡配电箱，影响配电箱正常使用； 2、电阻炉放置于配电箱下方与配电箱距离过近存在消防安全隐患； 3、净气型药品柜闲置未利用（请通电使用，避免资源浪费）；

		4、冰箱与药品柜摆放距离过近，影响冰箱散热同时违反药品存放要求。
2025年4月27日	动保楼122	1、实验室内存放大量纸箱，存在消防安全隐患。
2025年4月27日	动保楼124	1、烘箱上放置实验记录本等易燃杂物。
2025年4月27日	动保楼004	1、危险废弃存放不规范，（废液桶上没有粘贴成分标识，没有废液警示区域标识，没有规划警示区域线，没有防渗漏托盘）。
2025年4月27日	动保楼005	1、实验室存放饮用水，存在饮水行为。
2025年4月27日	动保楼008	1、细胞培养箱上放置杂物； 2、气瓶放置在加热设备旁与热源较近； 3、气瓶无状态标识。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于4月30日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年4月30日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
动保楼610	
动保楼6楼走廊	
动保楼420	

动保楼122	
动保楼124	
动保楼004	
动保楼005	
动保楼008	