

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年4月28日

检查范围：化资学院教学科研实验室

检查人员：郭敏、李凯、刘正

化资学院：

4月28日，实验室管理处对化资学院的教学科研实验室进行安全检查，实验室整体环境亟需加强管理，现场检查中发现，实验室在环境卫生和日常管理、仪器设备管理、化学品管理、实验气体管理、快捷加热设备管理、废弃物管理等方面存在安全隐患，特别是实验室和学生工作室混用，化学实验室内实验区和学习区未做区分的情况，存在安全隐患，请学院加大实验室安全检查督查和整改力度，杜绝隐患确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年4月28日	知化楼206	1、实验室卫生环境差，物品摆放杂乱无章； 2、实验台摆放奶茶，存在饮食行为。
2025年4月28日	知化楼309	1、化学实验室实验区与学习区域未做区分存在混用情况，学生带入与实验无关的个人物品（电气设备、易燃物品），存在消防安全隐患。
2025年4月28日	知化楼417	1、药品柜存放于窗台阳光直射位置，存放环境温度过高（建议将药品柜挪走，放置到阴凉通风处），建议将药品柜内盐酸进行二次包装。

2025年4月28日	知化楼413	1、实验台摆放奶茶等食品，存在饮食行为。
2025年4月28日	知化楼501	1、多台烘箱使用一个接线板供电，存在过载引发电气事故的安全隐患。
2025年4月28日	知化楼505	1、化学实验室内实验区与学习区域未做区分，存在混用情况； 2、实验台摆放面包、奶粉，实验冰箱储存水果等食物，存在饮食行为； 3、废液未及时转运，废液标签不规范；缺少废液回收区域警示帖。
2025年4月28日	知化楼326	1、气瓶未固定。
2025年4月28日	知化楼233	1、实验室卫生环境差，物品摆放杂乱无章。
2025年4月28日	逸夫实验楼115	1、气瓶未固定。
2025年4月28日	逸夫实验楼125	1、化学试剂存储不规范，固液混放，试剂倒放； 2、管制类化学品（三氯甲烷）未按照管制类化学品要求存储。
2025年4月28日	逸夫实验楼506	1、易制毒化学品（盐酸、硫酸）管理及使用不规范，使用后未及时归还到药品柜或储存间，直接摆放于实验台；管制类化学品使用台账记录不规范，没有规范登记领用、使用信息。
2025年4月28日	逸夫实验楼504	1、化学实验室实验区与学习区域未做区分存在混用情况，学生带入与实验无关的个人物品（电气设备、易燃物品），存在消防安全隐患； 2、实验台摆放食物及饮品，存在饮食行为。
2025年4月28日	逸夫实验楼419	1、药品柜与配电箱距离过近，存在消防安全隐患。
2025年4月28日	逸夫实验楼323	1、防爆冰箱管理使用不规范长期不清理，试剂存量过大；试剂叠放、倒放、试剂无标签存在安全隐患。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于4月30日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年4月29日


实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
知化楼206	
知化楼309	
知化楼417	


知化楼413



知化楼501



知化楼505




知化楼326



知化楼233



逸夫实验楼115	
逸夫实验楼125	
逸夫实验楼506	
逸夫实验楼504	
逸夫实验楼419	

逸夫实验楼323

