

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年5月14日

检查范围：化资学院教学科研实验室

检查人员：马洪斌、郭敏、李凯、刘正

化资学院：

5月14日，实验室管理处副处长马洪斌及相关人员对化资学院的教学科研实验室进行安全检查，实验室整体环境亟需加强管理，现场检查中发现，实验室在环境卫生和日常管理、仪器设备管理、化学品管理、快捷加热设备管理、废弃物管理等方面存在安全隐患，特别是实验室和学生工作室混用，化学实验室内实验区和学习区未做区分的情况，存在安全隐患，请学院加大实验室安全检查督查和整改力度，杜绝隐患确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年5月14日	知化楼409	1、易制毒化学品（乙醚）管理及使用不规范，使用后未及时归还到药品柜或储存间，直接摆放于实验台；无管制类化学品使用台账； 2、烘箱损坏仍继续使用（存在电路故障，容易引发触电事故或火灾）。
2025年5月14日	知化楼417	1、多台烘箱使用一个接线板供电，存在过载引发电气事故的安全隐患； 2、实验室使用废纸壳遮挡阳光，存在消防安全隐患同时影响实验室环境，不利于实验室的整洁与美观。

2025年5月14日	知化楼233	1、未按管理要求，私自使用转换头改装插头为设备供电。 2、废液桶不合规，废液未及时转运，废液标签不规范；缺少废液回收区域警示帖； 3、加热设备（设备正在运行，温度高达110度）上放置塑料、纸等易燃物，存在消防安全隐患； 4、多台烘箱使用一个接线板供电，存在过载引发电气事故的安全隐患。
2025年5月14日	知化楼234	1、使用普通冰箱存放危险化学品，冰箱内试剂存量过大；试剂叠放、倒放存在安全隐患； 2、实验室卫生环境差，物品摆放杂乱无章。
2025年5月14日	逸夫实验楼504	1、实验室门被遮挡阻碍逃生通道，存在安全隐患； 2、插排置与地面未合理固定。
2025年5月14日	逸夫实验楼423	1、化学品管理不规范，未按配伍禁忌存储固液混放。
2025年5月14日	逸夫实验楼418	1、实验室使用超期服役冰箱； 2、仪器设备遮挡配电箱，存在消防安全隐患。
2025年5月14日	逸夫实验楼316	1、实验室卫生环境差，实验台积灰严重； 2、化学品管理不规范，长期存放化学试剂不清理，一些化学试剂标签模糊、脱落，药品存量过多； 3、实验室存在饮食行为； 4、化学实验室实验区与学习区域未做区分存在混用情况，学生带入与实验无关的个人物品（电器设备、易燃物品、水杯、食物）存在安全隐患。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于**5月21日**前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年5月14日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
知化楼409	
知化楼417	
知化楼233	

知化楼234



逸夫实验楼504



逸夫实验楼423



逸夫实验楼418



逸夫实验楼316

