

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2026年3月3日

检查范围：化资学院教学科研实验室

检查人员：郭敏、刘正、李凯

化资学院：

3月3日，实验室管理处对化资学院教学科研实验室开展安全检查，检查发现，学院在实验室化学试剂存放、仪器设备管理、日常管理等方面，仍存在安全隐患。请学院进一步压实安全管理责任，细化管控举措，重点围绕规范人员操作流程、配齐配强个体防护装备等核心环节，加大专项检查与整改督查力度，对排查发现的隐患问题建立台账、限期整改、闭环销号，切实筑牢实验室安全防线，保障教学科研工作安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

| 检查日期 | 实验室房间号 | 检查问题记录 |
|-----------|--------|---|
| 2026年3月3日 | 知化楼809 | 1、烘箱摆放位置不当，堵塞安全通道，影响应急疏散，易引发人员碰撞、摔倒等安全事故；烘箱电源线悬挂放置，阻碍人员通行，存在用电安全隐患； 2、实验室存在饮食行为； 3、使用普通冰箱存放易制爆化学品硝酸银，不符合易制爆危险化学品储存安全要求，普通冰箱无防爆功能，运行过程中易产生电火花，存在爆炸、火灾等安全隐患； 4、实验废弃电池堆积存储。 |
| 2026年3月3日 | 知化楼701 | 1、液相废液回收容器不合规，使用普通塑料瓶，容器材质不匹配，易发生腐蚀、泄漏、倾倒等安全与环境风险，存在安全隐患。 |
| 2026年3月3日 | 知化楼305 | 1、化学品存放不规范，装有化学品的干燥器放置于暖气旁，受热易导致温度升高、试剂挥发、容器膨胀泄漏。 |

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于3月6日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2026年3月3日

实验室安全隐患图

| 实验室名称 | 隐患图 |
|--------|--|
| 知化楼809 |  |
| 知化楼701 |  |
| 知化楼305 |  |

