

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全检查**

**检查时间：2024年12月24日**

**检查范围：机电学院教学科研实验室**

**检查人员：王玉龙、刘莉**

机电学院：

实验室管理处接到学生投诉，学院成栋楼107实验室附近的走廊区域有粉尘，并有刺鼻性气味。12月24日，实验室管理处处长王玉龙、副处长刘莉对涉事实验室进行了实地走访，发现该实验室在日常管理、实验气体使用、化学品存储与使用、实验室基础用电等方面存在安全隐患，现提出整改建议，请学院关注实验室整改情况，并举一反三，如开展实验时产生粉尘及刺激性气味，请提前做出提示，以免造成对他人的困扰。具体问题如下。

## 实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年12月24日	成栋楼107	1、实验室无人打扫卫生脏乱差；仪器设备积灰严重；物品摆放杂乱无章，不同类型的实验用品随意存放； 2、实验室存放大量废旧物品妨碍安全通道，占据太多空间造成实验室空间局促，不利于实验操作，容易造成操作失误而引发安全事故； 3、化学品杂乱的放置在实验台上，或堆放在储存杂物的生锈铁架中，并且未按配伍禁忌存储，固液混放；

	<ul style="list-style-type: none"><li>4、插排直接置于地面；</li><li>5、实验室存放大量纸箱，存在消防隐患；</li><li>6、实验室有饮食行为，实验台上发现食物及矿泉水；</li><li>7、实验室存放与实验无关的设备电暖气；</li><li>8、实验人员未穿着实验服；</li><li>9、冰箱内存放与实验无关的物品。</li></ul>
--	---

请学院督促实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于12月28日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年12月24日

# 实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
成栋楼107	
	
	
	

