

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2024年10月23日

检查范围：林学院教学科研实验室

检查人员：王玉龙、刘莉、郭敏、李凯、韩世岩、李加民、吴德东

林学院：

10月23日，实验室管理处处长王玉龙、副处长刘莉及相关人员对林学院的教学科研实验室进行安全检查，检查人员在现场检查中发现实验室工作档案不健全；实验室卫生及日常管理、仪器设备管理、化学品存储与使用、废弃物处理等方面存在安全隐患，并提出了整改建议，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，按照检查组意见完成整改任务，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年10月23日	林学院	实验室工作档案需补充2024年度，实验室安全手册；重要危险源安全管理台账；实验项目风险评估等相关佐证材料。
2024年10月23日	林科楼706	1、学生未穿着实验服进入实验室进行实验操作； 2、实验室内存放食物，有饮食行为； 3、物品摆放极其混乱，室内存在大量易燃物纸箱，存在火灾风险； 4、杂物遮挡配电柜； 5、易燃化学品未按规定存储于专用储存柜中（应放置在易燃药品柜中）、无药品明细和使用台账。

2024年10月23日	林科楼701	1、振荡培养箱遮光用可燃的纸，建议换锡箔纸。
2024年10月23日	林科楼725	1、高压灭菌锅操作规程张贴位置不规范。
2024年10月23日	林科楼716	1、2台高压灭菌锅无操作规程。离心机操作规程未在仪器处张贴； 2、化学品储存不规范（固液混放）。
2024年10月23日	林科楼713	1、高压灭菌锅操作规程张贴不规范。冷冻切片机操作规程张贴位置不合理； 2、冷冻切片机电源线私接； 3、2台离心机无操作规程。
2024年10月23日	林科楼711	1、离心机无操作规程，缺少一机一码标识； 2、易制毒化学品未按规定储存于专用储存柜中。根据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》和公安部门管理要求，易制毒化学品应专柜储存并有防盗措施； 3、化学品储存不规范（非易燃化学品放置在易燃药品柜中）、无药品明细和使用台账。
2024年10月23日	林科楼712	1、化学品储存不规范（固液混放）。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于11月1日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年10月28日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
706	




701



725



716



713



711



712

