

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年7月8日

检查范围：林学院教学科研实验室

检查人员：马洪斌、郭敏、李凯、刘正

林学院：

7月8日，实验室管理处副处长马洪斌及相关人员对林学院的教学科研实验室进行安全检查，学院实验室在危险化学品管理、仪器设备管理和环境卫生等方面存在安全隐患，请学院加大实验室安全检查督查和整改力度，杜绝隐患确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年7月8日	林科楼1301	1、实验室存在饮食行为，学生将食品带入实验室存在安全隐患。
2025年7月8日	林科楼1302	1、仪器设备遮挡配电箱，存在消防安全隐患； 2、高温设备管道漏水使用纸张吸水，纸张等易燃物距高温设备过近易发生火灾事故，存在安全隐患。
2025年7月8日	林科楼1310	1、生活垃圾与实验垃圾混放； 2、实验室存在饮食行为，学生将食品带入实验室存在安全隐患。

2025年7月8日	林科楼902	1、烘箱使用接线板供电（烘箱功率大、电流大，使用接线板易造成接线板过载，导致火灾事故），如因电源插座不足，确需使用接线板，设备运行期间须有人值守，使用完毕后，拔掉电源； 1、烘箱上存放可燃物，存在消防安全隐患。
2025年7月8日	林科楼903	1、插排置于地面； 2、烘箱上存放可燃物，存在消防安全隐患； 3、实验室存放大量易燃物（纸箱），存在消防安全隐患； 4、危化品存储不规范，易燃、易挥发的药品（氨水）未按规定存储于专用药品柜中；危化品未按配伍禁忌存储，存在固液混放行为； 5、实验室面积较小，存储大量培养皿等实验备品侵占实验空间；实验台上柜存储大量牛肉膏、琼脂粉等培养基试剂易导致试剂过期，且应将试剂存储于专用药品柜中。
2025年7月8日	林科楼701	1、加热设备管理使用不规范，周围堆放杂物影响设备门开关及使用并且影响设备散热，还可能因设备运行产生热量，引燃物品造成火灾； 2、危化品存储不规范，用普通柜存放危化品，无法满足危化品存储条件；使用药品柜存放水杯等杂物，不仅可能污染试剂影响实验，更可能因杂物与危化品接触加剧安全隐患，实验室应严格按规范专柜专用； 3、实验室卫生环境差。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于7月15日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年7月8日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
林科楼 1301	
林科楼 1302	
林科楼 1310	

林科楼902



林科楼903



林科楼701

