

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全巡查

检查时间：2024年06月27日

检查范围：林学院实验室

检查人员：校级实验室安全督查员

林学院：

6月27日，学校对林学院林科楼实验室进行了抽查，在现场检查中发现危险化学品管理、实验场所管理、实验室加热设备管理等方面存在安全隐患，请学院务必加大实验室安全检查和整改力度，确保实验室安全稳定运行。现场检查中发现的具体问题，见表1。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2024年06月27日	林科楼9楼电泳间	1、使用不具备实验条件的楼道内隔间做电泳实验，无安全操作规程、无安全警示标识； 2、实验室卫生环境差。
2024年06月27日	林科楼901	高温加热设备上放置泡沫等易燃物品。
2024年06月27日	林科楼713	1、高温加热设备无安全警示标识； 2、危险化学品储存不当，应有序分类存放于专用药品柜中。
2024年06月27日	林科楼801	实验室未取得许可，使用明火电炉。

2024年06月27日	林科楼913	1、危险化学品未做二次封装，挥发严重，实验室气味大； 2、管制类化学品未规范存储，未做二次封装。实验室内管制类化学品存量过大，未按学院管理要求存放于学院暂存间（实验室不具备长期存放管制类药品的条件）。
2024年06月27日	林科楼1401	1、灭菌锅排气桶破损，仍在运行使用； 2、试验区域存有生活用品。
2024年06月27日	林科楼1402	危险化学品未按规定储存于专用储存柜中，大量有机试剂置于地面。
2024年06月27日	林科楼1202	1、管制类化学品（三氯甲烷等）与其他化学品混放；未按学院管理要求存放于学院暂存间（实验室不具备长期存放管制类化学品的管理条件）； 2、易制毒化学品动态台账记录的存量与实际存量不符。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于7月9日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604室

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年07月04日

林科楼9楼
电泳间



林科楼901



林科楼713



林科楼801



林科楼913



