

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2024年10月25日

检查范围：理学院教学科研实验室

检查人员：刘莉、郭敏、韩世岩、吴德东

理学院：

10月25日，实验室管理处副处长刘莉及相关人员对理学院的教学科研实验室进行安全检查，检查人员在现场检查中发现实验室工作档案不健全；实验室基础用电安全等方面存在安全隐患，并提出了整改建议，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，按照检查组意见完成整改任务，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年10月25日	理学院	实验室工作档案需补充2024年度，实验室安全手册；重要危险源安全管理台账；安全教育；实验项目风险评估；安全事故与应急处置演练等相关佐证材料。
2024年10月25日	416	1、接线板置于烘箱上；未合理固定使用。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于11月1日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝

隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年10月28日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
416	

