

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年6月17日

检查范围：生命学院教学、科研实验室

检查人员：马洪斌、郭敏、李凯、刘正

生命学院：

6月17日，实验室管理处副处长马洪斌及相关人员对生命学院教学、科研实验室的安全检查中发现，用电安全问题突出，特别是走廊仪器设备存在明显用电安全隐患。同时，现场检查还发现学生安全操作规范意识淡薄，以及实验室在日常管理、仪器设备管理、化学品管理、快捷加热设备管理等方面均存在安全隐患。请生命学院务必高度重视，强化实验室安全操作管理，加大安全检查与督查整改力度，及时消除隐患，保障实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年6月17日	逸夫教学楼708	1、加热设备旁存放纸箱等易燃物，存在消防安全隐患； 2、化学实验室实验区与学习区域未做区分存在混用情况，学生带入与实验无关的个人物品（电器设备、易燃物品、水杯、饮料）存在安全隐患； 3、实验室使用超期服役冰箱，易引发漏电、起火等安全事故； 4、冰箱周围存放大量纸箱等易燃物，影响冰箱散热，存在消防安全隐患。
2025年6月17日	逸夫教学楼走廊	1、仪器设备摆放在走廊，净宽不足1.5米，阻碍消防通道畅通。

2025年6月17日	逸夫教学楼506	1、燃烧的酒精灯无人看管，若需短暂离开，需先熄灭酒精灯，确保周围无易燃物后再离开，（在实验室操作中，严禁使用喷洒过酒精的手直接熄灭酒精灯。由于酒精属于易燃液体，手部残留的酒精接触火焰后会迅速燃烧，不仅可能导致手部严重烧伤，还存在引燃周边易燃物、扩大火情的风险。熄灭酒精灯时，必须使用配套灯帽，从侧面轻扣火焰，通过隔绝氧气实现灭火；盖灭后，可短暂提起灯帽释放内部热空气，随后再次盖紧，确保熄灭效果及后续使用安全）； 2、学生做实验未穿着实验服。
2025年6月17日	逸夫教学楼366	1、药品柜内药品存量、药品堆积，超过十年的变质、过期药品未及时清理； 2、多台烘箱使用一个接线板供电，存在过载引发电气事故的安全隐患。
2025年6月17日	逸夫教学楼208	1、私自使用转换头改装插头为设备供电；培养箱损坏（温控失灵）仍继续使用（存在电路故障，容易引发触电事故或火灾）。 2、多台设备（超低温冰箱，加热设备）串联接线板供电，存在插排过载引发电气事故的安全隐患； 3、实验室化学药品管理不规范，发现无标签药品、药品直接放置于地面未按规定存储于专用药品柜中。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于**6月24日**前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。


办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年6月17日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
逸夫教学楼708	
逸夫教学楼7楼走廊	
逸夫教学楼506	
逸夫教学楼366	
逸夫教学楼208	

