

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年9月28日

检查范围：生命学院科研实验室

检查人员：校级实验室安全督查员

生命学院：

9月28日，由学校实验室安全督查员吴德东、黄海娇及相关人员对生命学院的科研实验室进行了检查，现场检查中发现在化学品管理、用电基础管理等方面存在安全隐患，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，进行彻底细致地安全检查，确保实验室安全稳定运行。检查中发现的具体问题见表1。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2025年9月28日	逸夫教学楼260	1、实验室存放食物； 2、试剂瓶未张贴试剂标签（装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称 或编号、使用人、日期等）。
2025年9月28日	逸夫教学楼258	1、加热设备烘箱内物品堆积过多，造成通风口堵塞； 2、加热设备烘箱周边无必要的防护措施，未张贴安全操作规程、警示标志。
2025年9月28日	逸夫教学楼256	1、设备运行中无人值守，摇床运行时产生周期性晃动，导致设备配套线路随晃动频率同步摆动，线路未固定且部分区域贴近摇床运动部件，存在被挤压、拉扯的风险； 2、加热设备周边无必要的防护措施，未张贴有安全操作规程、警示标志； 3、烘箱上方堆置杂物，影响散热。

2025年9月28日	逸夫教学楼201	1、正己烷存储不规范； 2、无水乙醇等易燃易爆化学品未按规定进行存放； 3、试剂柜内化学品存在叠放现象； 4、易制爆化学品硝酸钙未按规定进行存储，且无台账； 5、试剂柜无药品清单，易制毒化学品未按规定存贮，未落实双人双锁管理要求； 6、实验室危险化学品动态台账登记不规范； 7、有使用饮料瓶存放试剂，样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。
2025年9月28日	逸夫教学楼204	1、实验室内电线穿越过道，存在安全隐患； 2、防爆冰箱内化学品未按要求存放； 3、加热设备周边无必要的防护措施，未张贴有安全操作规程、警示标志。
2025年9月28日	逸夫教学楼2-3楼走廊	1、物品摆放杂乱，卫生状况差，堵塞消防通道。
2025年9月28日	逸夫教学楼208	1、液氮罐堆积在暖气旁，存在安全隐患； 2、液氮罐无必要的防护措施，无警示标志。
2025年9月28日	逸夫教学楼412	1、试剂柜内化学品存在试剂叠放现象。
2025年9月28日	逸夫教学楼506	1、实验室内接线板未进行有效固定； 2、化学药品未按规定存储于试剂柜中，随意摆放在实验台上； 3、气瓶卡信息不全。
2025年9月28日	逸夫教学楼605	1、化学品混乱放置；且存在试剂叠放现象。
2025年9月28日	逸夫教学楼606	1、气瓶卡信息不全； 2、实验室内接线板未进行有效固定。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于9月30日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：行政楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年9月28日

实验室安全隐患图

隐患图	隐患图
260	
258	
256	
201	



东北林业大学易制毒化学品使用台账

台账编号: 20230101

日期	购入(领)	领用人员	领用数量	领用用途	领用地点	领用时间	领用备注
2023.1.1	100ml	张三	100ml	实验	实验室	10:00	
2023.1.2	50ml	李四	50ml	实验	实验室	11:00	
2023.1.3	20ml	王五	20ml	实验	实验室	12:00	
2023.1.4	10ml	赵六	10ml	实验	实验室	13:00	
2023.1.5	5ml	孙七	5ml	实验	实验室	14:00	
2023.1.6	2ml	周八	2ml	实验	实验室	15:00	
2023.1.7	1ml	吴九	1ml	实验	实验室	16:00	
2023.1.8	0.5ml	郑十	0.5ml	实验	实验室	17:00	
2023.1.9	0.2ml	冯十一	0.2ml	实验	实验室	18:00	
2023.1.10	0.1ml	陈十二	0.1ml	实验	实验室	19:00	



204



2-3楼走廊



208



302



306



412



506



605



606

