

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全检查**

**检查时间：2026年3月23日**

**检查范围：生命学院教学科研实验室**

**检查人员：实验室管理处、保卫处、校级实验室安全督查员**

生命学院：

3月23日，实验室管理处联合保卫处对生命学院教学科研实验室开展安全专项检查。经查，学院在化学试剂存放、用电安全、仪器设备管理等方面仍存在安全隐患。当前学院正处于学科调整、实验室搬迁关键阶段，望切实提高思想认识，高度重视实验室安全工作，压紧压实安全管理责任，细化完善各项管控措施。要聚焦规范人员操作流程、配齐配强个体防护装备等重点环节，加大专项排查与整改督办力度，对发现的隐患问题建立台账、限期整改、闭环销号，坚决筑牢实验室安全防线，保障教学科研工作安全平稳有序运行。具体问题如下。

## 实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2026年3月23日	逸夫教学楼607	1、实验室存在液氮使用安全防护不到位问题，未按要求配备防冻手套，实验室应开展安全操作规程及个体防护培训工作（整改需提供培训记录）。
2026年3月23日	逸夫教学楼605	1、离心机使用管理不规范，未建立并填写使用台账； 2、电源插排未规范固定，存在用电安全隐患。
2026年3月23日	逸夫教学楼604	1、化学品储存管理不规范，乙酸乙酯未按要求存放于阴凉通风处。
2026年3月23日	逸夫教学楼502	1、插排直接放置于桌面，未合理固定。

2026年3月23日	逸夫教学楼366	1、实验人员未按规定穿着实验服开展实验，个人防护不到位； 2、插排直接置于地面，未合理固定。
2026年3月23日	逸夫教学楼256	1、实验室违规使用转换头为仪器设备供电，存在用电安全隐患。
2026年3月23日	逸夫教学楼262	1、药品明细与柜内实际存放药品不符，账物不一致。
2026年3月23日	逸夫教学楼201	1、化学品存放存量超标，未按管控要求控制储存量； 2、药品明细与柜内实际存放药品不符，账物不一致。
2026年3月23日	逸夫教学楼113	1、实验室违规使用转换头为仪器设备供电，存在用电安全隐患。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于3月30日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2026年3月23日

## 实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
逸夫教学楼607	 A photograph showing a green gas cylinder and a white container on the floor in a laboratory setting.
逸夫教学楼605	 Two photographs: the left one shows a centrifuge on a desk, and the right one shows a white cabinet or refrigerator.
逸夫教学楼604	 A photograph showing the interior of a white cabinet with a purple container and some debris inside.
逸夫教学楼502	 A photograph showing a power outlet on a wall with a power cord plugged in.
逸夫教学楼366	 Two photographs: the left one shows a person working at a lab bench, and the right one shows a blue container on a lab bench.
逸夫教学楼256	 A photograph showing a power outlet on a wall with a power cord plugged in.

逸夫教学楼262



逸夫教学楼201



逸夫教学楼113



