

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全巡查

检查时间：2026年1月7日

检查范围：土木与交通学院实验室

检查人员：刘正 李凯 校级实验室安全督察员

土木与交通学院：

1月7日，实验室管理处对土木与交通学院教学科研实验室开展安全检查，检查发现，学院在实验卫生与日常管理、实验气体安全、用电基础安全、实验室化学试剂管理、仪器设备管理等方面，仍存在安全隐患。请学院进一步提高政治站位，压实安全管理主体责任，细化管控举措、狠抓工作落实。重点围绕规范人员操作流程、配齐配强个体防护装备等核心环节，加大专项检查频次与整改督查力度。对排查发现的隐患问题，能立整立改的，务必于放假前整改到位，坚决杜绝实验室“带病运行”；对暂无法立即整改的，要制定专项应急预案，采取切实有效的安全防范措施，全程跟踪管控，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2026-01-07	土木学院实验室	无

2026年1月7日	科技楼西006	1、室内存有多瓶十四烷等可燃液体，且随意堆放； 2、设备排线混乱且阔度较大，极易发生绊人现象； 3、试剂无成分、浓度等标识； 4、杂物堆放混乱； 5、24小时运转设备无人值守。
2026年1月7日	科技楼西005	1、冰柜内存有鸡、豆包、冻豆腐等食品与实验用品，存在实验、生活物品混用的情况； 2、配电箱下方堆放杂物，阻碍正常使用通道； 3、实验室内实验和生活垃圾装满垃圾桶，没有及时清理。
2026年1月7日	科技楼西002	1、存有三氟甲烷小钢瓶，没有气瓶架固定且无使用状态卡。
2026年1月7日	科技楼主404	1、室内有多台发动机实验台，实验中会产生大量尾气且没有排放装置，易发生尾气中毒等情况。
2026年1月7日	科技楼西侧1楼厅	1、汽车用锂电池存放不合规，容易发生自燃和爆炸危险。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写安全检查整改报告，整改报告经实验室负责人签字后交学院，学院盖章后于 **1月14日** 前统一交到实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。实验室安全检查整改报告格式见附件。

办公地点：行政楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2026年1月7日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
科技楼西006	
科技楼西005	
科技楼西002	
科技楼主404	

科技楼西侧1楼厅

