

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2024年9月30日

检查范围：园林学院教学科研实验室

检查人员：王玉龙、刘莉、郭敏、李凯

园林学院：

9月30日，由实验室管理处处长王玉龙、副处长刘莉及相关人员对园林学院的教学科研实验室进行了安全检查，检查人员在现场检查中发现加热设备使用及管理方面存在安全隐患，国庆假期期间，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，安排专人对开展实验活动的实验室进行安全巡查，发现问题及时整改。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年9月30日	逸夫教学楼440	1、烘箱工作无人值守； 2、烘箱上贴纸，且无安全操作规程、无安全警示标识。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于10月8日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝

隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年9月30日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
440	